



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 января 2017 года № РЗН 2017/5271

На медицинское изделие

Катетер баллонный дилатационный Accuforce для ЧТКА

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Терумо Рус"

(ООО "Терумо Рус"), Россия, 123317, Москва, ул. Тестовская, д. 10

Производитель

"Терумо Корпорейшн", Япония,

Terumo Corporation, 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, Japan

Место производства медицинского изделия

Terumo Corporation Ashitaka Plant, 150, Maimaigi-cho, Fujinomiya-shi, Shizuoka, 418-0015, Japan

Номер регистрационного досье № РД-12830/50952 от 25.08.2016

Вид медицинского изделия 136170

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 3630

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 18 января 2017 года № 212
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0029402

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 января 2017 года № РЗН 2017/5271

Лист 1

На медицинское изделие

Катетер баллонный дилатационный Accuforce для ЧТКА, в следующих вариантах исполнения:

1. DC-RM 2006HSW, диаметр баллона 2,00 мм, длина баллона 6 мм.
2. DC-RM 2008HSW, диаметр баллона 2,00 мм, длина баллона 8 мм.
3. DC-RM 2012HHW, диаметр баллона 2,00 мм, длина баллона 12 мм.
4. DC-RM 2015HHW, диаметр баллона 2,00 мм, длина баллона 15 мм.
5. DC-RM 2020HHW, диаметр баллона 2,00 мм, длина баллона 20 мм.
6. DC-RM 2206HSW, диаметр баллона 2,25 мм, длина баллона 6 мм.
7. DC-RM 2208HSW, диаметр баллона 2,25 мм, длина баллона 8 мм.
8. DC-RM 2212HHW, диаметр баллона 2,25 мм, длина баллона 12 мм.
9. DC-RM 2215HHW, диаметр баллона 2,25 мм, длина баллона 15 мм.
10. DC-RM 2220HHW, диаметр баллона 2,25 мм, длина баллона 20 мм.
11. DC-RM 2506HSW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 6 мм.
12. DC-RM 2508HSW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 8 мм.
13. DC-RM 2512HHW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 12 мм.
14. DC-RM 2515HHW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 15 мм.
15. DC-RM 2520HHW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 20 мм.
16. DC-RM 2525HHW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 25 мм.
17. DC-RM 2530HHW, диаметр баллона 2,50 мм, длина баллона 30 мм.
18. DC-RM 2706HSW, диаметр баллона 2,75 мм, длина баллона 6 мм.
19. DC-RM 2708HSW, диаметр баллона 2,75 мм, длина баллона 8 мм.
20. DC-RM 2712HHW, диаметр баллона 2,75 мм, длина баллона 12 мм.
21. DC-RM 2715HHW, диаметр баллона 2,75 мм, длина баллона 15 мм.
22. DC-RM 2720HHW, диаметр баллона 2,75 мм, длина баллона 20 мм.
23. DC-RM 3006HSW, диаметр баллона 3,00 мм, длина баллона 6 мм.
24. DC-RM 3008HSW, диаметр баллона 3,00 мм, длина баллона 8 мм.
25. DC-RM 3012HHW, диаметр баллона 3,00 мм, длина баллона 12 мм.
26. DC-RM 3015HHW, диаметр баллона 3,00 мм, длина баллона 15 мм.
27. DC-RM 3020HHW, диаметр баллона 3,00 мм, длина баллона 20 мм.
28. DC-RM 3025HHW, диаметр баллона 3,00 мм, длина баллона 25 мм.
29. DC-RM 3030HHW, диаметр баллона 3,00 мм, длина баллона 30 мм.
30. DC-RM 3206HSW, диаметр баллона 3,25 мм, длина баллона 6 мм.
31. DC-RM 3208HSW, диаметр баллона 3,25 мм, длина баллона 8 мм.
32. DC-RM 3212HHW, диаметр баллона 3,25 мм, длина баллона 12 мм.
33. DC-RM 3215HHW, диаметр баллона 3,25 мм, длина баллона 15 мм.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0031192

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 января 2017 года № РЗН 2017/5271

Лист 2

34. DC-RM 3220HHW, диаметр баллона 3,25 мм, длина баллона 20 мм.
35. DC-RM 3506HSW, диаметр баллона 3,50 мм, длина баллона 6 мм.
36. DC-RM 3508HSW, диаметр баллона 3,50 мм, длина баллона 8 мм.
37. DC-RM 3512HHW, диаметр баллона 3,50 мм, длина баллона 12 мм.
38. DC-RM 3515HHW, диаметр баллона 3,50 мм, длина баллона 15 мм.
39. DC-RM 3520HHW, диаметр баллона 3,50 мм, длина баллона 20 мм.
40. DC-RM 3525HHW, диаметр баллона 3,50 мм, длина баллона 25 мм.
41. DC-RM 3530HHW, диаметр баллона 3,50 мм, длина баллона 30 мм.
42. DC-RM 3706HSW, диаметр баллона 3,75 мм, длина баллона 6 мм.
43. DC-RM 3708HSW, диаметр баллона 3,75 мм, длина баллона 8 мм.
44. DC-RM 3712HHW, диаметр баллона 3,75 мм, длина баллона 12 мм.
45. DC-RM 3715HHW, диаметр баллона 3,75 мм, длина баллона 15 мм.
46. DC-RM 3720HHW, диаметр баллона 3,75 мм, длина баллона 20 мм.
47. DC-RM 4006HSW, диаметр баллона 4,00 мм, длина баллона 6 мм.
48. DC-RM 4008HSW, диаметр баллона 4,00 мм, длина баллона 8 мм.
49. DC-RM 4012HHW, диаметр баллона 4,00 мм, длина баллона 12 мм.
50. DC-RM 4015HHW, диаметр баллона 4,00 мм, длина баллона 15 мм.
51. DC-RM 4020HHW, диаметр баллона 4,00 мм, длина баллона 20 мм.
52. DC-RM 4506HSW, диаметр баллона 4,50 мм, длина баллона 6 мм.
53. DC-RM 4508HSW, диаметр баллона 4,50 мм, длина баллона 8 мм.
54. DC-RM 4512HSW, диаметр баллона 4,50 мм, длина баллона 12 мм.
55. DC-RM 4515HSW, диаметр баллона 4,50 мм, длина баллона 15 мм.
56. DC-RM 5006HSW, диаметр баллона 5,00 мм, длина баллона 6 мм.
57. DC-RM 5008HSW, диаметр баллона 5,00 мм, длина баллона 8 мм.
58. DC-RM 5012HSW, диаметр баллона 5,00 мм, длина баллона 12 мм.
59. DC-RM 5015HSW, диаметр баллона 5,00 мм, длина баллона 15 мм.

—

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0031193

